



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

101/1/26/E/IPSRS

KEPADA :

- | | | |
|----------------|---------|------------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Dika | 5. Jesisca |
| 2. Pak Syaiful | 4. Aris | |


Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-07 10:14:34	90/1/26	Jum'at, 9 Januari 2026	Gelatik

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Suction Pump	VICTORIA CHEIRON	- V13112, V13115, V13113, V13116, V13114, V	

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Permintaan pengecekan dan settingkan seluruh wsd	pengecekan satu persatu alat semua alat difungsikan sebagai WSD , setting suction tidak ada , tabung bocor 5 pcs	pengecekan satu persatu alat semua alat difungsikan sebagai WSD , setting suction tidak ada , tabung bocor 5 pcs

rekom : pelengkapan part yang tidak ada



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Dika

Aris

Jesisca

Penerima Pekerjaan

BU IIS

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016