



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

101/1/26/E/IPRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Dika
4. Aris
5. Jেসিসca


Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-07 10:14:34	90/1/26	Jum'at, 9 Januari 2026	Gelatik

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Suction Pump	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Permintaan pengecekan dan settingkan seluruh wsd	pengecekan satu persatu alat semua alat difungsikan sebagai WSD , setting suction tidak ada , tabung bocor 5 pcs	pengecekan satu persatu alat semua alat difungsikan sebagai WSD , setting suction tidak ada , tabung bocor 5 pcs

rekom : pelengkapan part yang tidak ada



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Dika

Aris

Jেসিসca

Penerima Pekerjaan

BU IIS

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016