



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1055/4/26/E/IPSR

KEPADA :




- | | | |
|----------------|---------|------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Dika | 5. - |
| 2. Pak Syaiful | 4. Aris | |

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-24 21:10:22	240/4/26	Senin, 27 April 2026	Neonatus

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Oxymeter	Elitech (FOX PRO)	-	FX06247B00238

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Ã¢Ã¢Ã¢ Sealer tidak bisa nyala	pengecekan, baterai alat terpantau pemasangan terbalik, tidak diketahui siapa yang membalik	pengecekan, baterai alat terpantau pemasangan terbalik, tidak diketahui siapa yang membalik



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Dika

Aris

Penerima Pekerjaan

Kunti

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016