SURAT PERINTAH KERJA
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR : 1087/4/26/E/IPSRS

KEPADA :						Proses IPSRS
1.	Pak Khoirul	3.	Jesisca	5.	Dika	
2.	Pak Syaiful	4.	Aris	6.	-	

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-28 08:27:16	267/4/26	Rabu, 29 April 2026	Klinik Patologi Anatomi

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
-		-	UPS

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
UPS alat tissu prosesor bunyi dan berkelip dari pagi	Melakukan pengecekan pada alat Baterai rusak sudah dilakukan penggantian alat tidak bisa menyala dilakukan bongkar total pada board	menganalisa kerusakan alat saat ini UPS diletakkan di ipsrs untuk perbaikan lebih lanjut

SPAREPART

-

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Jesisca

Aris

Dika

Penerima Pekerjaan

Naila

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016