



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1188/5/26/E/IPSR

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Aris
4. Dika
5. Jesisca

Selesai IPSRS

| TANGGAL LAPORAN | NOMOR LAPORAN | PELAKSANAAN | LOKASI |
|---------------------|---------------|--------------------|---------|
| 2026-05-11 09:05:58 | 83/5/26 | Senin, 11 Mei 2026 | Kasuari |

| NAMA ALAT | MERK | MODEL | NOMOR SERI |
|-----------|-------|-------|---------------|
| Nebulizer | omron | - | 20240500234LF |

| LAPORAN | TINDAKAN | KETERANGAN |
|--|-----------------------------|------------|
| Nebulizer omron uap nya keluar sedikit | perbaikan selang yang lepas | |



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Aris

Dika

Jesisca

Penerima Pekerjaan

Bu Arisa

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016