



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

12/1/26/E/IPSR

KEPADA :


- | | | |
|----------------|------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Dika | 5. Aris |
| 2. Pak Syaiful | 4. Jesisca | |

Selesai IPSRS

| TANGGAL LAPORAN | NOMOR LAPORAN | PELAKSANAAN | LOKASI |
|---------------------|---------------|------------------------|--------|
| 2026-01-02 10:34:11 | 14/1/26 | Jum'at, 2 Januari 2026 | Ponek |

| NAMA ALAT | MERK | MODEL | NOMOR SERI |
|-----------|------|-------|------------|
| CTG | - | - | - |

| LAPORAN | TINDAKAN | KETERANGAN |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Hasil tensi CTG cenderung tinggi | pemberian hasil kalibrasi ctg, edukasi mengenai penggunaan manset sesuai ukuran dan penempatan | alat bisa digunakan normal |



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Penerima Pekerjaan

Bu Nova

Dika

Novi

Jesisca

Aris

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Ka. IPSRS

Alivia Ayu Ninditya

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016