



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1210/5/26/E/IPSR

KEPADA :


- | | | |
|----------------|------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Jesisca | 5. Aris |
| 2. Pak Syaiful | 4. Dika | 6. - |

Proses Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-12 07:57:18	96/5/26	Rabu, 13 Mei 2026	IBS

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Anesthesi with Ventilator		-	Heyer

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
mesin anesthesi heyer ok2 oxygen bocor	Melakukan pengeceksn pada alat ditemukan valve oksigen pada alat bocor dilakukan penggantian dengan alat lain yang rusak alat tetap bocor dilaporkan ke teknisi alat untuk perbaikan lebih lanjut saat ini alat masih bisa digunakan, namun tetap terdengar bunyi bocor dibelakang alat	menunggu perbaikan oleh teknisi alat



SPAREPART

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Penerima Pekerjaan

Bu Nova

Jesisca

Nia

Dika

Aris

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Ka. IPSRS

Alivia Ayu Ninditya Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016