SURAT PERINTAH KERJA
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR : 1245/5/26/E/IPSRS

KEPADA :						Selesai IPSRS
1.	Pak Khoirul	3.	Aris	5.	Jesisca	
2.	Pak Syaiful	4.	Dika			

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-12 14:18:44	102/5/26	Senin, 18 Mei 2026	ICVCU

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Pasien monitor	philips	-	

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
baterai pasien monitor bed 2 modular mallfunction	pemasangan sementara baterai monityor yang lain, agar alarm sedikit kerkurang	perlu penggantian baterai modular yang kecil



SPAREPART	
1.	4.
2.	5.
3.	6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Aris

Dika

Jesisca

Penerima Pekerjaan

Widhi

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari

NIP. 198403012011012016