



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1249/5/26/E/IPRS

KEPADA :


- | | | |
|----------------|------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Dika | 5. Aris |
| 2. Pak Syaiful | 4. Jesisca | 6. - |

Selesai Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-15 15:25:20	127/5/26	Senin, 18 Mei 2026	ICU

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Monitor Sentral		-	philips

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
monitor sentral pasien monitor philips mati	pengecekan pada ups alat ups hanya backup pada cpu dan switch hub sehingga monitor mati saat listrik trip dilakukan install ulang oleh teknisi pt. ami Alat sudah normal	sudah bisa digunakan normal pada 10/06/2026



SPAREPART

-

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Dika

Jesisca

Aris

Penerima Pekerjaan

Hidayat

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016