



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1293/5/26/L/IPSRS

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Fatkhan

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-21 07:37:21	191/5/26	Kamis, 21 Mei 2026	Perkutut

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Nurse Call	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
nurse call bad pasien tidak bunyi semua	dilakukan pengecekan dan steker tidak nancap ke stop kontak, kemudian di tancapkan ke stop kontak	Nurse call sudah normal, dan bisa digunakan kembali



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Fatkhan

Penerima Pekerjaan

Bu Ridna

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016