



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1302/5/26/E/IPSRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Dika
4. Aris
5. Jesisca

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-21 09:26:28	210/5/26	Kamis, 21 Mei 2026	IGD

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
flowmeter transport	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Flow meter Oksigen transport bocor	human error. mutar terlalu kencang hingga lepas. perbaikan putaran.	human error. mutar terlalu kencang hingga lepas. perbaikan putaran.



### SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Dika

Aris

Jesisca

Penerima Pekerjaan

Galih

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016