



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1305/5/26/E/IPSRS

KEPADA :

- | | | |
|----------------|---------|------------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Dika | 5. Jesisca |
| 2. Pak Syaiful | 4. Aris | |

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-21 08:34:43	201/5/26	Kamis, 21 Mei 2026	IBS

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
C Arm	GE - OEC 9900 ELITE	-	798XR0005 - E9XXXX03441

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
C arm tidak bisa	restart unit. memindahkan stop kontak	restart unit. memindahkan stop kontak

SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Aris

Dika

Jesisca

Penerima Pekerjaan

Hendri

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016