



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1306/5/26/E/IPSRS

KEPADA :




- | | | |
|----------------|------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Jesisca | 5. Aris |
| 2. Pak Syaiful | 4. Dika | 6. - |

Proses Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-20 10:55:59	180/5/26	Kamis, 21 Mei 2026	RR

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Anesthesi with Ventilator		-	Enesers

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Mesin Anastesi OK 5 bocor	Kondisi alat alarm flow valve/o2 flush valve leak dilakukan pengecekan dan dipandu oleh teknisi indikasi kerusakan pada selenoid valve akan dijadwalkan pengecekan oleh teknisi	belum bisa digunakan



SPAREPART

-

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Penerima Pekerjaan

Bu Nova

Jesisca

Rahma

Dika

Aris

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Ka. IPSRS

Alivia Ayu Ninditya

Nova Dwi Hapsari

NIP. 198403012011012016