



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1370/6/26/E/IPSR



KEPADA :

- | | | |
|----------------|-------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Jেসিস্কা | 5. Dika |
| 2. Pak Syaiful | 4. Aris | |

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-26 12:47:51	252/5/26	Selasa, 2 Juni 2026	Radiologi
NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
USG	GE	-	LS7002586

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Dua probe hujan (minta di cek setelah di konfirmasi ruangan)	Melakukan pengecekan pada usg konsultasi dengan teknisi suspect pada kelistrikan coba ganti ke sumber listrik rumah sakit dan ganti port probe sekarang alat sudah normal	sudah normal



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Jেসিস্কা

Aris

Dika

Penerima Pekerjaan

Bintang

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016