



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1383/6/26/E/IPSRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Aris
4. Dika
5. Jesisca

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-06-03 09:43:40	26/6/26	Rabu, 3 Juni 2026	Punai

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Bed Pasien	platinum	-	2018508MX0737A

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Bed kamar 10.1 bed reel bagian kepala sebelah kiri tidak bisa tutup (posisi bed di depan RR atas nama Imroatul)	las bagian yang lepas	



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Aris

Dika

Jesisca

Penerima Pekerjaan

Yuniuss

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016