



## SURAT PERINTAH KERJA

### INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

139/1/26/E/IPSR

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Jesisca
4. Aris
5. Dika

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-11 13:41:06	129/1/26	Rabu, 14 Januari 2026	Parkit

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
O2 Sentral	SME	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
kamar 2.1 Oksigen ngobos alus	Mengganti sil pada outlet oksigen yang bocor	saat ini outlet sudah tidak bocor



#### SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Jesisca

Aris

Dika

Penerima Pekerjaan

Bu Dwi Setyowati

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016