



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1396/6/26/E/IPRS


KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Jesisca
4. Dika
5. Aris

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-06-03 13:10:07	33/6/26	Kamis, 4 Juni 2026	IGD
NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
ECG	GE MAC 2000	-	SRR18200136

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
ecg mac 200 tidak bisa dicas	Saat dilakukan pengecekan sumber listrik masuk baterai terisi dan bisa backup kondisi baterai low dan tidak di charge	kondisi alat normal



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Jesisca

Dika

Aris

Penerima Pekerjaan

Kristyan

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016