



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1415/6/26/E/IPSRS

KEPADA :

- | | | |
|----------------|---------|------------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Dika | 5. Jesisca |
| 2. Pak Syaiful | 4. Aris | 6. - |

Proses Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-06-04 10:05:26	41/6/26	Jum'at, 5 Juni 2026	IBS
NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
C Arm	GE - OEC9900 ELITE	-	7982XR0005 - E9XXXX043441

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
c arm trouble, mau dipakai di ok1	1. pengecekan kelistrikan : 218.9vac 2. pengecekan ups dalam alat 3. perapihan kabel penghung C arm dengan monitor 4. pengecekan unit tidak bisa masuk ke aplikasi , sebelum unit tidak bisa masuk sama sekali ke aplikasi unit terlebih dahulu artefak gambar nya	rekom : pengecekan lebih lanjut

SPAREPART

-

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Dika

Aris

Jesisca

Penerima Pekerjaan

Ardi

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016