



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

177/1/26/E/IPSR

KEPADA :

- | | | |
|----------------|---------|------------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Aris | 5. Jesisca |
| 2. Pak Syaiful | 4. Dika | 6. - |

Selesai Pihak Ke-3

| TANGGAL LAPORAN | NOMOR LAPORAN | PELAKSANAAN | LOKASI |
|---------------------|---------------|------------------------|--------|
| 2026-01-13 11:47:19 | 165/1/26 | Senin, 19 Januari 2026 | CSSD |

| NAMA ALAT | MERK | MODEL | NOMOR SERI |
|-----------|------|-------|------------|
| Autoclave | | - | ajc |

| LAPORAN | TINDAKAN | KETERANGAN |
|--------------------------------|----------------|------------|
| Mesin sterilisasi gagal 5 kali | ganti doorseal | |



SPAREPART

- | | | |
|-----------------------|--------|----|
| 1. doorseal autoclave | 2 buah | 4. |
| 2. | | 5. |
| 3. | | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Aris

Dika

Jesisca

Penerima Pekerjaan

Pundi

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016