



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

278/1/26/E/IPSR

KEPADA :

- | | | |
|----------------|------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Dika | 5. Aris |
| 2. Pak Syaiful | 4. Jesisca | |


Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-30 16:06:51	337/1/26	Jum'at, 30 Januari 2026	Punai

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Infuse Pump	hedy	-	

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
outlet O2 kamar punai 9.4 bocor (tidak ada pasien yang sedang menggunakan O2 di punai)	2 alat di bawa ke ips dengan 3" pengujian	2 alat di bawa ke ips dengan 3" pengujian
	2000120050208463	2000120050208463
	1. 400ml/5h = <400ml/5h	1. 400ml/5h = <400ml/5h
	2. 400 ml/17h = <400ml/17h	2. 400 ml/17h = <400ml/17h
	3. 400 ml/2h = 400ml/2h	3. 400 ml/2h = 400ml/2h
	2000120050312176	2000120050312176
	1. 200 ml/3h = >200ml/3h	1. 200 ml/3h = >200ml/3h
	2. 200 ml/3h = >200ml/3h	2. 200 ml/3h = >200ml/3h
	3. 200 ml/4h20min = 200 ml/4h20min	3. 200 ml/4h20min = 200 ml/4h20min

rekom : tahap pemantauan setelah diserahkan ke user ruangan



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Dika

Jesisca

Aris


Penerima Pekerjaan

Siti Mubarokah

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Ka. IPSRS



Alivia Ayu Ninditya

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016