



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

289/1/26/E/IPSRs

KEPADA :



- | | | |
|----------------|------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Dika | 5. Aris |
| 2. Pak Syaiful | 4. Jesisca | |

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-30 16:04:13	335/1/26	Jum'at, 30 Januari 2026	Radiologi

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
X Ray	PHILIPS (DURA-RO 1750)	-	258760

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
ruang foto 1 tidak bisa kirim ke pacs	pengecekan fungsi unit yang dikeluhkan oleh user	pengecekan fungsi unit yang dikeluhkan oleh user, fungsi normal tidak ada kerusakan, koordinasi dengan pihak pacs tidak ada kerusakan dalam jaringan interupsi. alat sedang proses kirim user sudah melaporkan kerusakan



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Penerima Pekerjaan

Bu Nova

Dika

Era

Jesisca

Aris

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Ka. IPSRS

Alivia Ayu Ninditya

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016