



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

337/2/26/E/IPSRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Dika
4. Jesisca
5. Aris

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-02 10:18:34	10/2/26	Rabu, 4 Februari 2026	Laboratorium

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Micropipette	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Mikropipet BDRS tidak nyaman digunakan	pengecekan unit. alat dilakukan pengecekan menggunakan tip micropipet dan gelas sample, alat sudah berfungsi normal	pengecekan unit. alat dilakukan pengecekan menggunakan tip micropipet dan gelas sample, alat sudah berfungsi normal



### SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Dika

Jesisca

Aris

Penerima Pekerjaan

Bu Nina

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016