



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

372/2/26/E/IPSRS

KEPADA :

- | | | |
|----------------|---------|------------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Dika | 5. Jesisca |
| 2. Pak Syaiful | 4. Aris | |

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-19 15:43:46	209/1/26	Minggu, 8 Februari 2026	Neonatus

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Oxymeter	elitech	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
sealer tidak bisa ngeces	pengecekan dan uji fungsi alat, ketika baterai alat mencapai 2 strip, alat otomatis akan nyala mati sendiri, namun apabila unit dicharge alat akan bertahan nyala hingga 7 jam pemakaian	pengecekan dan uji fungsi alat, ketika baterai alat mencapai 2 strip, alat otomatis akan nyala mati sendiri, namun apabila unit dicharge alat akan bertahan nyala hingga 7 jam pemakaian



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Dika

Aris

Jesisca

Penerima Pekerjaan

Tantri

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016