



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

6/1/26/E/IPSRS

KEPADA :

- | | | |
|----------------|------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Aris | 5. Dika |
| 2. Pak Syaiful | 4. Jesisca | |

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-02 09:14:15	7/1/26	Jum'at, 2 Januari 2026	Radiologi

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
X Ray	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
UPS ruang foto 1 bunyi	UPS alarm baterai fault mengganti dengan baterai yang normal	Alat sudah normal



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Aris

Jesisca

Dika

Peenerima Pekerjaan

Bintang

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016