



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

664/3/26/E/IPSRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Aris
4. Dika
5. Jesisca

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-10 15:02:49	113/3/26	Rabu, 11 Maret 2026	Gelatik

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Bed Pasien	platinm	-	2018508MX0704A

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
BAD PASIEN JIKA DIKUNCI TIDAK BISA MENKUNCI, BAD SUDAH DIDEPAN RUANG GELATIK	penggantian roda yg pecah	



SPAREPART

1. Roda hospital twin wheel 6 inch centr 2

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Penerima Pekerjaan

Bu Nova

Aris

Pita

Dika

Jesisca

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Ka. IPSRS

Alivia Ayu Ninditya

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016