



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

76/1/26/E/IPSRS

KEPADA :




1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Dika
4. Aris
5. Jesisca

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-05 08:56:15	35/1/26	Kamis, 8 Januari 2026	Klinik Gigi Prostodonsia

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Dental Unit	Andini	-	1804012047

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Scaler dental air dan kecepatan putaran tidak konsisten	alat dilakukan pengecekan : saklat setting scaler sudah usang dan perlu diganti, performa sudah tidak normal	alat dilakukan pengecekan : saklat setting scaler sudah usang dan perlu diganti, performa sudah tidak normal



### SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Dika

Aris

Jesisca

Penerima Pekerjaan

Bu Afan

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016