



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

88/1/26/E/IPRS

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Jesisca
4. Aris
5. Dika

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-08 07:51:28	100/1/26	Jum'at, 9 Januari 2026	Gelatik

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
ECG	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Ecg gambar sinyal tidak jelas	Melakukan pengecekan dengan phantom ecg hasil gambar normal dilakukan pembersihan pada bulb dan limb clamp ecg yang kotor	alat sudah bisa digunakan



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Jesisca

Aris

Dika

Penerima Pekerjaan

Pita

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016