



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

925/4/26/E/IPSRS

KEPADA :

- | | | |
|----------------|------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Jesisca | 5. Dika |
| 2. Pak Syaiful | 4. Aris | 6. - |

Proses IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-09 19:25:02	82/4/26	Senin, 20 April 2026	Punai

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Bed Pasien		-	platinum

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
bed pasien punai 5.4 sudah dikunci tapi bisa bergerak	Melakukan oengecekan pada roda alat alat saat ini masih digunakan oleh pasien dan belum bisa dilakukan pengecekan lebih lanjut	proses perbaikan



SPAREPART

-

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Jesisca

Aris

Dika

Penerima Pekerjaan

Yunius

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016