



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

934/4/26/E/IPSRS

KEPADA :


- | | | |
|----------------|------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Jesisca | 5. Aris |
| 2. Pak Syaiful | 4. Dika | |

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-04-17 09:20:55	160/4/26	Senin, 20 April 2026	Gelatik

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
ECG	GE Mac 800	-	SJ417280031W

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
ECG tidak bisa keluar hasilnya	Melakukan pengecekan alat normal Human error. Tentang alat harus tertancap listrik user mengira tidak detect	bisa digunakan normal



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Penerima Pekerjaan

Bu Nova

Jesisca

Pita

Dika

Aris

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Ka. IPSRS

Alivia Ayu Ninditya

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016