



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

97/1/26/E/IPSRS

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Jesisca
4. Aris
5. Dika

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-07 10:16:01	92/1/26	Jum'at, 9 Januari 2026	Gelatik

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Pasien monitor	GE B20	-	SM218200887WA

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Hasil spo2 pasien monitor 1 dengan yang lainnya tidak sama	Melakukan oengecekan pada alat sensor spo2 mengelupas sudah dilakukan pengisolasian kondisi alat normal dan sama dengan alat lain	Sudah normal bisa digunakan



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Jesisca

Aris

Dika

Penerima Pekerjaan

Bu Iis

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016